



Bactrack B70

Fonctionnement Important

ATTENDRE
20 MINUTES

NE PAS
MANGER

NE PAS
BOIRE

NE PAS
FUMER



Les utilisateurs doivent attendre 20 minutes après avoir mangé, bu ou fumé avant de souffler dans l'appareil BACTRACK.

À défaut d'attendre 20 minutes, les résultats obtenus peuvent être faussés et on peut endommager le capteur.



Étape 1

Appuyez et tenez enfoncé le bouton de mise sous tension pendant une seconde. Le fait d'effleurer la touche de mise sous tension accidentellement de l'alcootest BACTRACK pendant moins d'une seconde ne le mettra pas en marche.



Étape 2

Une fois allumé, l'appareil affichera un décompte de 50 à 0, ce qui dure environ 10 secondes.



Étape 3

Lorsqu'il ne reste que 10 unités au décompte, prenez une grande inspiration.



Étape 4

Au moment où le décompte atteint 0, la mention « BLOW » s'affichera ainsi que le chiffre « 0 ». Expirez dans la cavité à double orifice pendant **cinq secondes** en tenant l'appareil **le plus près possible de votre bouche sans y toucher**.

IMPORTANT :

Gardez la bouche bien ouverte tout en expirant, selon les indications ci-dessous.

Procédures pour expirer correctement

Assurez-vous d'expirer correctement **CONTINUELLEMENT** pendant au moins **CINQ SECONDES**. Vous devez expirer avec vigueur. Assurez-vous d'expirer dès que le décompte atteint zéro.

POUR UN ÉCHANTILLON D'HALEINE CONFORME



CORRECT

Gardez la bouche ouverte comme si vous essayiez d'embuer un miroir ou de dire « Ahhhhhh ».



INCORRECT

Ne serrez pas les lèvres comme si vous tentiez de souffler des chandelles ou de siffler.



Étape 5

Une fois l'échantillon d'haleine recueilli, le BACTRACK trace des pointillés à l'intérieur de l'écran ACL pendant trois secondes tout en analysant l'échantillon d'haleine.



Étape 6

Une fois l'échantillon d'haleine analysé par la technologie avec capteur BluFire®, le taux d'alcoolémie (TA) évalué s'affiche.

Le résultat du test reste à l'écran pendant 10 secondes. Par la suite, il clignotera pendant 20 secondes avant de disparaître.



Notification d'erreur

Si l'échantillon d'haleine recueilli dans le tube à double orifice est insuffisant, l'écran du BACTRACK affichera ERR. Appuyez deux fois sur la touche de mise sous tension pour refaire le test et assurez-vous d'expirer CONTINUELLEMENT pendant au moins cinq secondes. Cette technique permet d'obtenir des résultats précis grâce à un échantillon provenant du fond des poumons.

Mise hors tension

Pour fermer l'appareil, appuyez et maintenez la touche de mise sous tension pendant une seconde.

SPEC

Dimensions	4,25 x 1,63 x 0,81 po (10,8 x 4,1 x 2,1 cm)
Poids	1,4 oz (39,7 g)
Capteur	BluFire®
Portée de détection	0,00 – 0,40 % alcoolémie
Décompte des tests	Affiche le nombre total de tests effectués
Alimentation électrique	Deux piles AA, non incluses
Autonomie	Au moins 300 tests
Temps de préchauffage	10 secondes
Temps de réponse	3 secondes
Précision du capteur	+/- 0,01 % alcoolémie @ 0,02 % alcoolémie
Température de fonctionnement	50-104 °F (10-40 °C)

MISE EN GARDE

- Assurez-vous d'attendre 20 minutes après avoir bu, mangé ou fumé avant de souffler dans l'appareil. Sinon, la lecture pourrait être inexacte, vous pourriez l'endommager de manière permanente et possiblement annuler la garantie.
- Souffler tout résidu d'alcool, de fumée ou de nourriture avec de la salive dans la cavité à double orifice peut endommager le capteur.
- Ne pas utiliser en présence de forts vents, dans un endroit enfumé ou si l'on y consomme de grandes quantités d'alcool.
- Remplacez les deux piles AA lorsque l'écran affiche « BAT ».
- Faites calibrer votre appareil de façon régulière, selon le cas. (Voir Calibrage)
- L'alcootest BACTRACK est conçu pour fonctionner à des températures variant entre 50-104 oF (10-40 oC).
- Utiliser l'appareil en dehors de ces paramètres peut influencer l'exactitude des résultats.
- Évitez d'utiliser l'appareil en présence de méthanol, d'alcool isopropylique ou d'acétone. Ces substances peuvent fausser les lectures.
- Certaines conditions comme le diabète, un régime hypocalorique ou d'autres conditions reliées à l'état de santé peuvent mener à des lectures erronées lorsque l'haleine renferme une concentration importante de keytone. Consultez un médecin pour savoir si cela est votre cas.
- N'utilisez pas BACTRACK pour déterminer si vous êtes apte à conduire un véhicule ou à faire fonctionner un appareil motorisé ou à exécuter toute autre tâche dangereuse.
- Si vous conduisez, ne prenez pas d'alcool. Faites appel à un conducteur désigné si vous consommez de l'alcool.